



P-BAG

Produkt specifikation

Utfärdare:	Datum:	Utgåva:	Art Nr:	Benämning:
Bengt-Inge Brodén	2001-01-15.	1.	10 0005, 7, 8.	"P-BAG".
Tillverkare:	Ansvarig Produktion:	Kvalitetsansvarig:	Produkt innehavare:	Leverantör:
Fristad Plast AB (Fp)	Nicklas Forsström.	Cristian Forsström.	CAS AB	CAS AB

Påse

Material: Polyetenfolie, LDPE, vitinfärgad.
Längd: Ytterkant Svets. 320mm \pm 5mm.
Bredd: Ytterkant Svets. 183mm \pm 5mm.
Tjocklek: 0.10mm \pm 0.01mm.
Tryck: Enligt bifogat varuprov.
Tryck färg: Speedflex EMS No. 3-05. (se bil. 1 produkt specifikation).
Spårbarhet: Lot nr. Tryckt mellan CE och LDPE triangeln se bifogat varuprov.

Backventil

Material: Stansad i - överfolie tryckt del - av påsen som samverkar med fromsprutad stos, svetsad på påsen.

Stos Mottagare av Tratt

Material: Formsprutad polyeten se bifogat varuprov.

Tratt

Material: Formsprutad polyeten se bifogat varuprov.
Handtagets riktning: Rekommenderat, rakt uppåt. Dock justerbar patientanpassad.

Clean Analytical System AB

Adress: Gårdfarivägen 3 532 38 Skara
Telefon: 0511-163 70
Fax: 0511-180 82
E-post: info@casab.se
Hemsida: www.casab.se



Utfärdare:	Datum:	Utgåva:	Artikel Nr:
Bengt-Inge Brodén	2001-01-15	1.	10 0005 10 0007 10 0008.

Förpackning

Material: Oblekt wellpapplåda med innerpåse av transparent polyeten.

Yttermått längd: 405 mm.

Yttermått bredd: 305 mm.

Yttermått höjd: 405 mm.

Antal detaljer/låda: 30 st 100 st och 50 st.

Antal lådor/pall-lager: 8 St.

Antal lager/pall: 4 St.

Tot. Antal lådor/pall: 120 St, 40 St och 72 St.

Lotmärkning kartong: År, månad, datum och tid. Ex. 990920 1139. Se bilaga 2.

Produktion

Rutiner: Produkten produceras i enlighet med **ISO 9001**.

Testmetoder: Kvalitetstester utföres rutinmässigt enligt bilaga 2.

Miljö

Rutiner: Produkten produceras i enlighet med **ISO 14001**.

Clean Analytical System AB

Adress:
Gårdfarivägen 3
532 38 Skara

Telefon:
0511-163 70

Fax:
0511-180 82

E-post:
info@casab.se

Hemsida:
www.casab.se